

Malešická 2251/51 130 00 Praha 3

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům
§ 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
K.K. JIPSOB

Přístroj Odsávačka

Typ C 401

Výrobní číslo 20601723/2001-11 11019709-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Funkční kontrola
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☒	☐	Kontrola nastavení
Bezpečnostní test - měření		


Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,01 mA	max. 1 mA
	Příložná část	— mA	max. 0,1 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		— Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr):

Parametry přístroje odpovídají – neodpovídají hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – není plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Surgicase-20	v.č.	9910CE165 Z0904

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	27.12.2006
Datum další dop. kontroly	12/2007