

MEDITECH, s.r.o.  
Svatopetrská 7  
617 00 Brno / ČR  
Tel.: 545422911  
Fax: 545422916  
DIČ: CZ60707992  
E-mail: servis@meditech.cz  
zápis v OR: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 15318

**MEDITECH**® s.r.o.

Prodej a servis lékařské techniky

## **Ujištění o kontrole č. 08/00850**

### **Servisní středisko Meditech, s.r.o.**

**Organizace:** FN-Olomouc  
**Zastoupená:** paní Ivana Ludvíková  
**Oddělení:** Dispečink servisu  
I.P. Pavlova 6  
775 20 Olomouc  
**Telefon:** 588 443 125  
**Vaše obj.:** DIS0701540

**Typ:** A-414 1019538-000  
**Sériové číslo:** 564 7 145  
**Příslušenství:** KD; SŠ  
**Závada:** Periodická prohlídka  
**Typ opravy:** Kontrola

**Datum převzetí:** 16.04.2008

*Na přístroji byla provedena periodická bezpečnostní kontrola dle Zákona č. 346/2003 Sb. v platném znění, včetně kontroly elektrické bezpečnosti dle ČSN 60 601-1 a souvisejících norem.*

*Servisní interval je 24 měsíců.*

**Použité přístroje:**

*Analyzátor infúzních zařízení Infutest 2000 & RSM Infusion Pump Testers, kalibrováno výrobcem 27.2.2007*

*Analyzátor elektrických zařízení SECUTEST SIII, výrobní číslo NC4090030001, kalibrováno výrobcem, kalibrační list č. 052305*

*Elektromechanická váha KERN 440-53, výrobní číslo W943046, ověřeno firmou Váhoservis, kalibrační list č. 123/05*

*Deformační tlakoměr EMERS 0-250 kPa, výrobní číslo EL197205, ověřeno ČMI Brno, kalibrační list č. 6013-KL-D298-06*

*Přístroj kontrole vyhověl a je bezpečný pro další použití.*

**Platnost kontroly do: 30.04.2010**

**V Brně dne 30.04.2008 .**

  
Ing. Dušan Brzobohatý

Kontrolu provedl

**MEDITECH**® s.r.o.  
Svatopetrská 7, Brno  
545 422 911