

Martin Bičíště -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové  
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300  
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

**BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU**

|                                                             |                                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ přístroje:</b><br>ENTERÁLNÍ PUMPA<br><br>FLOCARE 800 | <b>Výrobní číslo :</b><br>88041424<br><br><b>Invent. číslo:</b> | <b>Uživatel:</b><br>FN OLOMOUC<br><br><b>Oddělení:</b><br>KAR.CHIR.JIP |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

| Kontrolovat                     | Zjištěné nedostatky | Poznámky | Potvrzení |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| Kryt                            |                     |          | OK        |
| Klávesnice-folie/ovládací prvky |                     |          | OK        |
| Síťová zásuvka a kabel          |                     |          | OK        |
| Svěrka                          |                     |          | OK        |
| Baterie /akum./-záložní zdroj   |                     |          | OK        |
| Nožičky                         |                     |          | OK        |
| Rotorek                         |                     |          | OK        |
| Dokumentace                     |                     | nedodána |           |

**Funkční zkouška**

|                                        |  |  |    |
|----------------------------------------|--|--|----|
| Průběh testu                           |  |  | OK |
| Zvukový-optický signál                 |  |  | OK |
| Reakce přístroje na vyvolitelné alarmy |  |  | OK |
| Okluzní tlak                           |  |  | OK |
| Kontrola kapacity akumulátoru          |  |  | OK |
| Signalizace displeje, indik. prvků     |  |  | OK |
| Test-umlčení alarmu                    |  |  | OK |
| Kontrola rychlosti dávkování           |  |  | OK |

**Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601**


|                      |                                            |                                   |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Síťové nap.<br>220 V | Odpor ochr.vodiče vč.kabelu :<br>0,18 Ohmů | Unikající proud :<br>/PE 0,041 mA |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|

**Výsledek kontroly**

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Zařízení je schopno bezpečného provozu:</b><br><b>Pokud NE - důvod:</b> | <b>ANO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|

Přístroj je majetkem firmy Nutricia a.s.

**Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.**

|                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum příští kontroly:</b><br><br>9/2008 | Kontrolu provedl:<br>VITOUŠ<br>Datum : 20.9.2006<br><br><b>MARTIN BIČIŠTĚ - BIČELS</b><br>Podpis:<br>RESSLOVA 890<br>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2<br>SERVIS - tel. 495 217 192<br>DIČ CZ6404282192 IČO 155 91 051 | Přístroj předán:<br><br>Datum: 17.10.<br>Podpis: <br>Na Dukelské 60, 140 21 Praha 4<br>IČO: 283070348, DIČ: CZ283079640 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|