

Dräger Medical s.r.o., Pod Sychrovem 1-81, 101 00 Praha 10
 DIČ: CZ26708760
 Telefon: 272770324

Drägermedical
 A Dräger and Siemens Company

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc		Umístění přístroje (klinika, oddělení): KCH JIP	Číslo smlouvy / objednávky: DIS 0700516
		Inventurní číslo: 19726	
Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 4		Výrobní číslo: ARRM-0229	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐	IEC 601 ☒	Trída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
			Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození
 Napájecí přívody (el., plyn), test po zapnutí přístroje
 Ovládací prvky
 Alarmové a bezpečnostní funkce
 Funkční kontrola přístroje
 Kontrola měřených veličin
 Kalibrace měřených veličin
 Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení
 Návod k použití

vyhovuje neprováděno
ano ne

☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I): 0,10 Ω
 Izolační stav přístroje:
 unikající proud síťová část – přístupná část: 0,35 mA
 unikající proud síťová část – příložená část: mA

vyhovuje neprováděno
ano ne

☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☐ ☐ ☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	01/2008
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	09/2008
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	09/2008

Výsledek kontroly: ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
 dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
 za předpokladu odstranění závad v termínu do
☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Rademír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 13. 8. 2007

Termín příští kontroly: 02/2008

Dräger Medical s.r.o.
 Pod Sychrovem 1-81
 101 00 PRAHA 10