

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KCH JIP	Číslo smlouvy / objednávky: DIS 0700516
	Inventární číslo: 19729	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 4		Výrobní číslo: ARRM-0230	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐ ☐

☐ ☒ ☐

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,20 Ω

vyhovuje
ano ne

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,20 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – příložná část:

0,001 mA

☒ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	01/2008
Digitální tlakoměr DPI 705	70533133	09/2008
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	09/2008

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 28. 5. 2007

Jméno technika:

Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Termín příští kontroly: 12/2007

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10