

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KCH JIP	Číslo smlouvy / objednávky: DIS 0700516
	Inventární číslo: 19730	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 4		Výrobní číslo: ARRM-0231	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐
Napájecí příklady (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐
Ovládací prvky	☒	☐
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐
Funkční kontrola přístroje	☒	☐
Kontrola měřených veličin	☒	☐
Kalibrace měřených veličin	☒	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐
Návod k použití	☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	0,09 Ω	☒
Izolační stav přístroje:		
unikající proud síťová část – přístupná část:	0,39 mA	☒
unikající proud síťová část – příločná část:	0,008 mA	☒

Použité měřicí přístroje:


Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	01/2008
Digitální tlakoměr DPI 705	70533133	09/2008
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	09/2008

- Výsledek kontroly: ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 20. 4. 2007

Termín příští kontroly: 11/2007

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10