

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
 provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KCH JIP	Číslo smlouvy / objednávky: DIS0801550
	Inventurní číslo: 19725	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 4	Výrobní číslo: ARRM-0232	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození
 Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje
 Ovládací prvky
 Alarmové a bezpečnostní funkce
 Funkční kontrola přístroje
 Kontrola měřených veličin
 Kalibrace měřených veličin
 Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení
 Návod k použití

vyhovuje ano	neprováděno ne
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☐	☒
☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I): 0,13 Ω

Izolační stav přístroje:

unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,23 mA
unikající proud	síťová část – příložená část:	0,002 mA

vyhovuje ano	neprováděno ne
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	08/2009
Digitální tlakoměr DPI 705	70533133	09/2008
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	09/2008

Výsledek kontroly:

☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do 08/2008

☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 7. 7. 2008

Termín příští kontroly: 01/2009