

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Přístroj Centrála

Typ CIC

Výrobní číslo L13F06816 INV. 19819

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
Bezpečnostní test - měření		

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	0,48 mA	max. 0,5 mA
Izolační odpor	> 20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,06 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.


Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 900 187	

Technik : Jan Balhárek

Provedeno dne : 20.11.2006

Podpis :



Datum příští kontroly : Po jednom roce