

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6, 77200 Olomouc

Přístroj Centrála

Typ CIC

Výrobní číslo L13F0681G

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
Bezpečnostní test - měření		

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,5 mA
		max. 1 mA
Izolační odpor	> 20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,14 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřící přístroje:

Meditest 50 v.č.	204 028

Technik : Psota Adam

Provedeno dne : 5.4.2005

Podpis :



Datum příští kontroly : Po jednom roce