

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá
Ičo: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1

Datum:13.03.2008

Jméno technika : Jan Skácel

Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A

Typ měřícího přístroje: Revex 2050

Výrobní číslo:708136

Typ měřícího přístroje:RM - 2051

Výrobní číslo:4030274

Typ měřícího přístroje:

Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Umístění spotřebiče:Kardiologická klinika JIP 50A
Druh spotřebiče:.. Lužko Dynamics

Třída ochrany :.....1.....(I,IIa,IIb,III)
Typ/ zařazení:..... B,BF,CF
Výrobce:.....Hil Room
Výrobní číslo:.....167
Inv.číslo:.....I 019417-000
Provozní zkouška:.....ano

Stav přístroje:

Mechan.poškození:.....ne.....

Přívody:.....v pořádku.....

Stav krytí:.....dobrý.....

Protokol o poslední revizi:.....

Příští revize (kontrola):za rok

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,092 Ω
Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ(Ip = 10 A).....0,1 Ω
Isolační odpor R iso (Up = 500V).....100 MΩ
Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....0,047+0,028 mA
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....mA
Dotykový proud přímá metoda:.....mA
Dotykový proud rozdílová metoda:.....mA
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,086 mA
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....mA
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....mA
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....229,3 mA
Napájecí napětí:.....V
Napájecí proud:.....A
Příkon:.....W
cos φ :.....


Revize provedena s výsledkem:vyhověl

Bezpečnostní kontrola provedena s výsledkem:

Vyhověl

Provéřovaný přístroj vyhovuje technickým předpisům podle nichž

byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.



Tento protokol má 1 stranu.

Počet vyhotovení: 2

Rozdělovník: 1x zákazník

1x revizní technik