

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Jecminkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá
IČO: 633 06 743 DIČ:CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1

Datum:13.03.2008
Jméno technika : Jan Skácel
Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A
Typ měřícího přístroje: Revex 2050
Výrobní číslo:708136
Typ měřícího přístroje:RM - 2051
Výrobní číslo:4030274
Typ měřícího přístroje:
Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Umístění spotřebiče:..Kardiologická klinika JIP 50A
Druh spotřebiče:.. Lůžko Dynamis

Třída ochrany :.....1.....(I,IIa,IIb,III)
Typ/ zařazení:..... B,BF,CF
Výrobce:.....Hil Room
Výrobní číslo:.....193
Inv.číslo:.....I 019409-000
Provozní zkouška:.....ano

Stav přístroje:

Mechan.poškození:.....ne.....
Přívody:.....v pořádku.....
Stav krytů:.....dobrý.....
Protokol o poslední revizi:.....

Příští revize (kontrola):za rok

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,175 Ω
Odpor ochranného vodiče: Rp $\underline{U}$ Δ(Ip = 10 A).....0,09 Ω
Isolační odpor R iso (Up= 500V).....100 MΩ
Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....0,004+0,08 mA
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....mA
Dotykový proud přímá metoda:.....mA
Dotykový proud rozdílová metoda:.....mA
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,064 mA
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....mA
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....mA
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....mA
Napájecí napětí:.....229, V
Napájecí proud:.....0,5 A
Příkon:.....W
cos φ :.....

Revize provedena s výsledkem:vyhověl

Bezp.tech.kontrolaprovedena s výsledkem:

Vyhověl

Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž
byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle
zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.



Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1 x zákazník
1 x revizní technik