

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Jedničkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá
IČo: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1

Datum:13.03.2008
Jméno technika : Jan Skácel
Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A
Typ měřícího přístroje: Revex 2050
Výrobní číslo:708136
Typ měřícího přístroje:RM - 2051
Výrobní číslo:4030274
Typ měřícího přístroje:
Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,072
Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ(Ip = 10 A).....0,09
Isolační odpor R iso (Up= 500V).....100
Proud ochranným vodičem přímá metoda :0,011+0,05
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :
Dotykový proud přímá metoda:.....
Dotykový proud rozdílová metoda:.....
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,059
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí
s pomocným zdrojem:.....
Napájecí napětí:.....229,
Napájecí proud:.....0,5
Příkon:.....
cos φ :.....

Ω
Ω
MΩ
mA
mA
mA
mA
mA
mA
V
A
W

Umístění spotřebiče:..Kardiocirurgická klinika JIP 50A
Druh spotřebiče:.. Lůžko Dynamis
.....
Třída ochrany :.....1.....(I, IIa, IIb, III)
Typ/ zařazení:..... B, BF, CF
Výrobce:.....Hil Room
Výrobní číslo:.....199
Inv.číslo:.....I 019415-000
Provozní zkouška:.....ano
Stav přístroje:
Mechan.poškození:.....ne.....
Přívody:.....v pořádku.....
Stav krytů:.....dobry.....
Protokol o poslední revizi:.....

Revize provedena s výsledkem:vyhověl
Bezp.tech.kontrolaprovedena s výsledkem:
Vyhověl

Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž
byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle
zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.



Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1x zákazník
1x revizní technik

Příští revize (kontrola):za rok