


Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČO: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1		Datum:13.03.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřícího přístroje: Revex 2050 Výrobní číslo:708136 Typ měřícího přístroje:RM - 2051 Výrobní číslo:4030274 Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,193 Ω Odpor ochranného vodiče: Rp $\underline{U}$ A(Ip = 10 A).....0,12 Ω Isolační odpor R iso (Up = 500V).....100 MΩ Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....0,038+0,051 mA Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....mA Dotykový proud přímá metoda:.....mA Dotykový proud rozdílová metoda:.....mA Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,089 mA Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....mA Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....mA Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....mA Napájecí napětí:.....227 V Napájecí proud:.....0,4 A Příkon:.....W cos φ :.....			
Umístění spotřebiče:..Kardiologická klinika JIP 50A Druh spotřebiče:.. Lůžko Dynamis Třída ochrany :(I,IIa,IIb,III) Typ/ zařazení:..... B,BF,CF Výrobce:.....Hil Room Výrobní číslo:.....381 Inv.číslo:.....I 019416-000 Provozní zkouška:.....ano		Stav přístroje: Mechan.poškození:.....ne..... Přírody:..... v pořádku..... Stav krytů:.....dobrý..... Protokol o poslední revizi:.....			
Přístří revize (kontrola):za rok		Revize provedena s výsledkem: vyhověl Bezp.tech.kontrolaprovadena s výsledkem: Vyhověl		Provéřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.	
				Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1 x zákazník 1 x revizní technik	