

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**1180702**
Číslo protokolu*Název přístroje*
Dynamis LI150AO*Výrobní číslo přístroje*
HRP0035168 ; 119414*Datum uvedení do provozu*
11.11.1111*Třída (klasifikace)*
IIa*Umístění přístroje*
Kardiochirurgie*Provozovatel přístroje*
Fakultní nemocnice Olomouc*IČ provozovatele*
00098892*Město*
Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

 ANO NEKontrola provedená dne: 13/02/2007Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

2

2008

DARTIN
spol. s r.o.V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel: 241 470 361
IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUČ

KARDIO CHIRURG I.P. 30A

TECHNIK

PEVĚ O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

118-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

DO 8668

ZE DNE

UVEDENÍ DO PROVOZU

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHOVUJE
<i>HRP0035199</i>	<i>LÚČKO ZYDAMIC LI 150AD (119495)</i>	<i>908 Ω</i>	<i>< 19,55 MΩ</i>	<i>0,06 mA</i>	<i>ANO</i>
<i>HRP 0035168</i>	<i>- " - LI 150AD (119514)</i>	<i>0,10 Ω</i>	<i>< 19,95 MΩ</i>	<i>0,05 mA</i>	<i>ANO</i>
		<i>Ω</i>	<i>MΩ</i>	<i>mA</i>	
		<i>Ω</i>	<i>MΩ</i>	<i>mA</i>	
		<i>Ω</i>	<i>MΩ</i>	<i>mA</i>	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690, 20501T, 200314.

DRUH PRÁCE

*PRU(199): PK, KONTROLA FCE, PRÁSKY PLAST. POBYT - HODVA, STŘED, POPRASKANÁ ODKR
DUŠTRKA NA FLEXI TYČI OVLADNĚ, PŘOLEŽENÁ MATRACE, PRAKLA ŽÁKKA - POU - DOPŮLCE,
DEMONTÁŽ VADNĚHO DÍLU, MONTÁŽ NOVÉHO*

*PRU(160): PK, KONTROLA FCE, PRÁSKY PLAST. POBYT - STŘED, VADNÝ NÍŽOVÝ KAREJ,
DEMONTÁŽ VADNĚHO, MONTÁŽ NOVÉHO, PŘOLEŽENÁ MATRACE,*

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

ANO NE

* NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETÉ KM	SAZBA Kč	ZTRÁT. ČAS	SAZBA Kč	MĚR. IZ. ST.	SAZBA Kč
<i>11</i>	<i>753,-</i>					<i>2</i>	<i>/</i>

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY
<i>35 502</i>	<i>KABEL 230V</i>	<i>1</i>	<i>500,-</i>	<i>500,-</i>	<i>1506,-</i>
					CEST. NÁKLADY
					VÝJ. POPLATEK
					ZTRÁT. ČAS
					ND + MATERIÁL
					MĚR. IZ. STAVU
PRÁCI PŘEVZAL		PRÁCI PROVEDL			
<p>50/42 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ Kardiochirurgická klinika I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 361 Přednosta: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.</p>		<p><i>13.2.2004</i> <i>PEVĚ O.</i></p>			
DATUM A JMÉNO				CELKEM V Kč (BEZ DPH)	<i>2014,-</i>
RAZÍTKO A PODPIS		DATUM		PODPIS TECHNIKA	