

Protokol o provedení periodické prohlídky

**Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům
zákona 123/2000Sb. v platném znění**

Zákazník	FN OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc	Kardiochirurgická klinika-JIP 50A
Přístroj	Monitor životních funkcí	
Typ	SOLAR 8000M	
Výrobní číslo	Solar-L1RF8277G, Tram-K1TW0967G, Tram Rac-L1ST6596G	
Inventární číslo	IO19753-000	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.	
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)	
x	☐	Ovládací prvky, signalizace	
x	☐	Displeje	
x	☐	Kalibrace NIBP	
Bezpečnostní test - měření			

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,46 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,008 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,14 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem.
Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 204 028	
--------------------------	--

Technik : Jan Balhárek

Provedeno dne : 22.11.2007

Podpis :



Datum příští kontroly : Po jednom roce