

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
 I.P. Pavlova 6, 77200 Olomouc

Přístroj Monitor životních funkcí
Typ DASH 4000
Výrobní číslo K1DJ5754G

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.	
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)	
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace, displej	
☒	☐	Kalibrace NIBP	
☒	☐	Kalibrace EKG	
☒	☐	Kalibrace BP	
Bezpečnostní test - měření			

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,38 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,008 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,06 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	204 028

Technik : Psota Adam

Provedeno dne : 5.4.2005

Podpis :



Datum příští kontroly : Po jednom roce