

TYP 87 1A

výrobní číslo 237

a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

Název el. spotřebiče: PRŮTOKOVÝ OHEVACÍ TRANSF. A INVERZÍ	Inventurní číslo: D045072-000	Výrobce: R.T.E. spol. s r.o.	Rok výroby: 2002	Výrobní číslo: 237
Majitel el. spotřebiče: FN PLOMOVCE KAR. JIP	Skupina používání:	Typové označení: OTT-1A	$^{21}U_n [V]$ 230	$^{21}p_n [A]$ 0,3
			$^{21}p_n [W]$	Říada ochrany: I

[illegible]

5) Uvedte:

1 - měření proudu protékajícího ochranným vodičem,

IR - měření proudu ochranným vodičem jako rozdílového proudu,

D - měření dotykového proudu

DR - měření rozdílového proudu

N - měření náhradního unikajícího proudu

6) Uvedle:

S - pílstoř měien samostatně

P - přístroj s pevně připojeným sítovým přívodem

O - přístroj s odpojitelným slovním přívodem

PP - produžovací pítvod

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>8078</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN OLOMOUC</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	0
3. Č. objednávky	<u>DIS0801402</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	0
4. Podpis zadavatel	_____	• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	☒	0
9. Výrobní číslo	<u>237</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>27.5.2008</u>	• přechodový odpor	☒	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	0
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☒	PE- spirála	☒	0
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	0
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>5. 2009</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 27.5.2008 Místo: Pohorl

Podpis technika: Robert Vlně R. Hlávka

Podpis zadavatele: _____