

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KCH klin. JIP 50A	Číslo smlouvy / objednávky: DO 8785
	Inventární číslo: 19701	

Název a typové označení přístroje: Ventilátor Oxylog 1000		Výrobní číslo: ARRL-0021	Výrobce: Dräger
		Verze SW:	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☐	Třída ochrany: I ☐ II ☐	Typ: B ☐ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☐

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje neprováděno
ano ne

☒	☐
☐	☒
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☐	☐
☐	☒
☒	☐
☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

Ω

vyhovuje neprováděno
ano ne

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

mA

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

unikající proud síťová část – příločná část:

mA

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Digitální stopky DP401		
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006
Průtokoměr D10A11	008446	10/2007
Digitální Oxymetr GMH3691		

Výsledek kontroly:

- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do **12/2006**
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 6. 10. 2006

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Termín příští kontroly: 04/2008

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10