



POLYMED  
medicínská technika, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA ZDR. PŘÍSTROJE

PULSNÍ OXYMETR, NICO, CAPNOGRAF

č:

424800744

dle § 27, § 28 a § 52 zákona č. 346/2003 Sb.

typ zařízení:

PULSNÍ OXYMETR NOVAMETRIX 573

uživatel zařízení:

FN OLOMOUC

umístění zařízení:

KARDIOCHIRURGICKÁ KLINIKA

v.č.:

M.Č.

139-09538 MNPRT  
1022489-000

sonda vč.:

### VIZUÁLNÍ KONTROLA

kryt přístroje  
ovládací prvky  
síťová zásuvka – síťový kabel  
optická indikace stavů  
snímač CO<sub>2</sub>  
snímač SpO<sub>2</sub>

| vyhovuje | nevyhovuje | poznámka |
|----------|------------|----------|
| ANO      |            |          |
| ANO      |            |          |
| ANO      |            |          |
| ANO      |            |          |
| ANO      |            |          |
| ANO      |            |          |

### FUNKČNÍ ZKOUŠKA

test přístroje  
akumulátor – kapacita  
kontrola alarmů  
nastavení mezí  
celková funkčnost

| vyhovuje | nevyhovuje | poznámka |
|----------|------------|----------|
| ANO      |            |          |
| ANO      |            |          |
| ANO      |            |          |
| ANO      |            |          |
| ANO      |            |          |
|          |            |          |
|          |            |          |

### ZKOUŠKA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

třída:  
přechodový odpor Rp:  
isolační odpor Ri:  
unikající proud: krytem  
/přístupná část/ do země  
unikající proud:  
/příložná část/

| kategorie: | vyhovuje | nevyhovuje |
|------------|----------|------------|
| Ω          |          |            |
| MΩ         |          |            |
| mA         |          |            |
| mA         |          |            |
| mA         |          |            |

přístroj je napájen adaptérem z baterií - ze sítě

měřicí přístroj :

MEDITEST v.č.: 200276

### VÝSLEDEK KONTROLY

ANO

Tento přístroj odpovídá technickým podmínkám výrobce a je možné jej dále používat ve zdravotnictví v péči o pacienta.

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNO PROVÉST NEJPOZDĚJI ZA 12 MĚSÍCŮ.

NE

Přístroj NEVYHOVUJE viz. příloha

datum:

16.9.2007

podpis

*[Signature]*

Kontakt:

tel. :

495 220 206

mobil:

776 224 340

e-mail:

polymed@polymed.cz

ražba POLYMED medicínská technika, s.r.o.

P. Jilemnického 197

tel./fax: 495 211 387

503 01 Hradec Králové 16

