

1360 P

výrobní číslo

408

114

Výrobce:

D 0550809

Typové označení:

²⁾U^{IV} $2) \sqrt{1}$

Řek východny:

robní číslo:

1992

ochirany: 7

PN olonou

[illegible]

5) Uvedite:

IR - měření proudu ochlazeným jako rozlišeného proudu

D - měření dolykového proudu

DDR - měření rozložného proudu

N - měření náhradního unikajícího proudu

⁶⁾ Uvedle: S - přístroj měřen samostatně

P - přístroj s pevně připojeným slovním přívodem

O - přístroj s odbojilelným slovním přívodem

PPJ - prodávající výrobce

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>7191</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN PLOHOV</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	0
3. Č. objednávky	<u>D190702693</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	0
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		0
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	☒	0
9. Výrobní číslo	<u>408</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>12. 12. 2007</u>	• přechodový odpor	☒	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	0
	závada	• unikající proudy	☒	0
• kryty	☒	PE- spirála		0
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	0
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>12. 2008</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 12. 12. 2007 Místo: Pohoří

Podpis technika: Robert Váňa Ullrich

Podpis zadavatele: _____