

08/3480
KCH OP

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 123/2000, §52, odstavec 4

Zákazník	Fakultní nemocnice Olomouc
Přístroj	Ohřívač infuzí
Typ	OTI 1A
Výrobní číslo	408 (D055089)

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☐	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče		0,09 Ω	max. 0,2 Ω
Izolační odpor		>20 M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,05 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX PLUS v.č. 510015

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jan Pasečný
Podpis

Provedeno dne: 05.12.2008
Datum příští kontroly: 12/2009

 **Fa Jan Pasečný**
Výroba, prodej a opravy lékařské přístrojové
techniky a zdravotnických potřeb
Na Močárku 19, Ostrava-St.Bělá, 724 00
IČ: 67703666, DIČ: CZ7101055577
tel.: +420 594 486 960, fax: +420 596 728 055