

BLANCO-CZ

BLANCO-CZ, s.r.o
Příborská 258
Chlebovice
73942 Frýdek-Místek
Česká Republika

REVIZNÍ ZPRÁVA ELEKTRICKÉHO PŘÍSTROJE



Podpis:

1 Dodavatel revize: BLANCO-CZ, s.r.o, Příborská
258, Chlebovice, Frýdek-
Místek, 73942, ČR

Revizi provedl: Martin KAŇA

2 Evid. štítek: Ano
3 Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc,
I.P. Pavlova 6 , 77520
Olomouc, Oddělení hlavního
mechanika

Datum revize: 21.8.07

Revizi požadoval: Fa AKC Konstrukce –
p.Mateřanka, tel. 571620771.

4 Popis zařízení: ne
5 Název zařízení: Stojan na misky s ohřevem
6 Art. Nr.: 5440020
7 Sériové číslo: 688

019981

8 TEST-zkouška	Specifikace parametrů	Testovací metoda	Výsledek	Stav
Riegelová zkouška	230V >5 MΩ <0,2 Ω max. 500 μA max. 1000 μA max. 100 μA max. 500 μA max. 500 μA	Riegeltester Riegeltester Riegeltester Riegeltester Riegeltester Riegeltester Riegeltester	228V >100 MΩ 0,09 Ω 40 μA 80 μA <1 μA 40 μA <1 μA	Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje
Vysokonapěťová zkouška	1,5 kV (1s)	Automatický zkušební systém	Ano	Vyhovuje
Měření vodivosti	0-10 kΩ	Měřič izolací Siemens	1 kΩ	Vyhovuje
Zkušební provoz	30° / 40° / 50° / 60°C ± 2°C	Dig. teploměr	29 / 41 / 48 / 58 °C	Vyhovuje
Kontrola výr. štítku		Vizuální kontrola	Ano	Vyhovuje
Kontrola povrchu		Vizuální kontrola	Ano	Vyhovuje
Kontrola funkcí	Vypínač regulace teploty	Manuální kontrola	Ano	Vyhovuje
	Nastavení výšky topné desky	Manuální kontrola	Ano	Vyhovuje
	Funkce vodících kladek	Manuální kontrola	Ano	Vyhovuje
9 Poznámky:	Provedena výměna přívodního kablu a kab. vývodky, opraveno rozdělení stojanu. Provedeno měření a revize výrobku dle zkuš. předpisu Nr. 7003/1			
10 Závěr:	Výrobek vyhovuje použití dle návodu k obsluze na základě provedené revize ve výrobnímu závodu fa BLANCO-CZ.			