


BLANCO-CZ

BLANCO-CZ, spol. s.r.o.
Příborská 258
Chlebovice
73942 Frýdek-Místek
Česká Republika

I 019980

KONTROLNÍ PROTOKOL

v souladu se zněním zákona 123/2000 Sb, o zdravotnických prostředcích

1	Dodavatel kontroly:	BLANCO-CZ, spol. s.r.o, Příborská 258, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek	Kontrolu provedl:	Martin KAŇA	Podpis: 
2	Evid. štítek:	Ano	Datum kontroly:	9.8.07	
3	Zákazník:	Fakultní nemocnice Olomouc Oddělení hlavního mechanika I.P. Pavlova 6 77520 Olomouc	Kontrolu požaduje:	AKC konstrukce, spol. s.r.o Pivovarská 10 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	
4	Popis zařízení:	ne			
5	Název zařízení:	Stojan na misky s ohřevem			
6	Katalog číslo:	5440020			
7	Sériové číslo:	691			
8	TEST-zkouška	Specifikace parametrů	Testovací metoda	Výsledek	Stav
	Bezpeč. zkouška	230V	Rigel 233.002	230V	Vyhovuje
	Rigeltest	>5 MΩ	Rigel 233.002	>100 MΩ	Vyhovuje
		<0,2 Ω	Rigel 233.002	0,07 Ω	Vyhovuje
		max. 500 μA	Rigel 233.002	40 μA	Vyhovuje
		max. 1000 μA	Rigel 233.002	80 μA	Vyhovuje
		max. 100 μA	Rigel 233.002	<1 μA	Vyhovuje
		max. 500 μA	Rigel 233.002	40 μA	Vyhovuje
		max. 500 μA	Rigel 233.002	<1 μA	Vyhovuje
	Vysokonapěťová zkouška	1,5 kV (1s)	Aut. zkušební systém, 09210099600013	Ano	Vyhovuje
	Měření vodivosti	0-10 kΩ	Měřič izolací Siemens M05225-A113-A1	1 kΩ	Vyhovuje
	Zkušební provoz	30° / 40° / 50° / 60°C ± 2°C	Dig. teploměr GMMH175, sonda Pt 1000	31 / 40 / 49 / 61 °C	Vyhovuje
	Kontrola výr. štítku	Prac. pokyn 17/2004	Vizuální kontrola	Ano	Vyhovuje
	Kontrola povrchu	Výkres 5440020	Vizuální kontrola	Ano	Vyhovuje
	Kontrola funkcí	Funkční ovládání vypínání regulace teploty Nastavování výšky topné desky Funkční vodící kladky	Manuální kontrola Manuální kontrola Manuální kontrola Manuální kontrola	Ano Ano Ano Ano	Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje
9	Poznámky:	Provedena výměna přívodního kabelu a kab. vývodky. Provedeno měření parametrů a el. revize výrobku dle zkuš. předpisu Nr. 7003/1 fa Blanco.			
10	Závěr kontroly:	Výrobek splňuje podmínky použití dle návodu k obsluze, na základě provedené kontroly testů funkčnosti a bezpečnosti ve výrobnímu závodu fa BLANCO. Periodická kontrola se provádí dle návodu k obsluze 1x ročně, nyní nejpozději však do 9.8.2008.			

BLANCO CZ, spol. s r.o.
Prodej / Verkauf
Příborská 258, CZ-739 42 Chlebovice
Tel.: 555 530 051 Fax: 555 530 050
IČO: 603 21 296 DIČ: CZ60321296