

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ	
	Kardiochirurgická klinika, operační sál - lokální	
Přístroj	Defibrilátor	
Typ	Responder 1100	
Výrobní číslo	101094873	I019744-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
		Funkční kontrola
x	☐	Test ovládacích tlačítek
x	☐	Test signalizace
x	☐	Test akustické signály
x	☐	Automatické vybití po 60 sec.
x	☐	Test kardioverze
x	☐	Test akumulátoru – 20 výbojů 360J
x	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 11 sec.
		Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,02 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,011 mA	max. 0,05 mA