

Protokol o bezpečnostně technické kontrole

FIRMA

BIOTRONIK Praha, spol. s r.o., Polygon House,
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4,
registrace: Městský soud v Praze, spis. zn. C. 2104
IČO: 16191242 DIČ: CZ16191242

*provedla ve smyslu § 52 zákona č. 346/2003 Sb.
na Kardiochirurgické klinice FN Olomouc
pravidelnou bezpečnostně technickou kontrolu přístroje*

EDP 30/A

Dvoudutinový externí kardiostimulátor
SN: 5410 3010 ev.č.: I019671-000

Provedená měření:


- šířka výstupních stimulačních impulsů
- amplituda výstupních stimulačních impulsů
- frekvence stimulace
- interval AV zpoždění
- sensing (snímání) / inhibice stimulačních impulsů
- impedance

Vyjádření:

Ve všech měřených parametrech se výstupní signál a jeho parametry shodují s nastavenými hodnotami. Datum další bezpečnostně technické kontroly: 04/2009.

V Praze, dne 7.3.2008

 **BIOTRONIK**
BIOTRONIK Praha, spol. s r.o.
POLYGON HOUSE
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4


Ing. Marek Lasota

 **BIOTRONIK**