

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN Olomouc
	Datex-Ohmeda
Přístroj	ADU
Typ	S/5
Výrobní číslo	40108830
IČ	I019740

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☐	☐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,16 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,11 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č.P186/08..... ze dne24.9.2008.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověrovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :	Hoyer Praha s.r.o. Jilmová 10, 130 24 Praha 3 DIČ: CZ60491582 (16) tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522 Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3	Provedeno dne :	24.9.2008
Podpis :		Datum příští kontroly :	9/2009