


HBservis

I 020898

Autorizovaný servis FRANKE

Franke Finland OY

Periodická bezpečnostně-technická kontrola č. F7002		Inventární číslo: kardio sál
Přezkoušel: Antonín Bílek	Druh přístroje: Desinfekční a mycí stroj	
Přístroj v užívání: Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc IČO: 00098892	Výrobce: Franke Finland OY Výrobní číslo: 03351180.CZ04 Typ přístroje: DEKO 190 Rok výroby:	
Zkušební předpis: ČSN EN 60601 - 1; Zákon 123 Hlava V. §26;27;28.		
Výsledek zkoušky: Vyhověl		
Zjištěné závady: Bez závad		
Datum: 14.11.2007	Razítko a podpis: 	Datum příští kontroly: 11.2008

Zkušební protokol:	F7002	Typ přístroje:	DEKO 190	Výrobní číslo:	03351180.CZ04	
		Čištění	oprava	výměna	Kontrola	Poznámka
Filtr vstupu teplé a studené vody		X			X	
Elektromagnetické ventily		X			X	
Zámek dveří					X	
Čerpadlo detergentu					X	
Mycí čerpadlo					X	
Těsnění dveří					X	
Rotační mycí trysky		X			X	
Pevné mycí trysky		X			X	
Výtokové sítko		X			X	
Ovládací prvky					X	
Top.těleso boileru					X	
Vodiče					X	
Programové cykly					X	
Teplota desinfekce					X	90-93°C
Držáky předmětů					X	
Návod k použití					X	

Měření

Odpor ochranného vodiče

0,05 Ohm

Výsledek prohlídky: Vyhověl

Datum:

14.11.2007

Technik:

Antonín Bílek

Podpis a razítko:



Údaje byly naměřeny přístrojem:

MEDITEST 50