

Malešická 2251/51 130 00 Praha 3

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

I 019905

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
Přístroj Odsávačka
Typ C401
Výrobní číslo 2063892312002-01

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☐	☒	Funkční kontrola
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☐	☒	Kontrola nastavení (max. SAC výkon 0,5 bar)

Bezpečnostní test - měření


Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část 0,02 mA	max. 1 mA
	Příložná část — mA	max. 0,1 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	— Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají — neodpovídají hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je — není plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Surgicase-20	v.č.	9910CE165 Z0904

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	27.12.2006
Datum další dop. kontroly	12/2007