

Protokol o periodické kontrole a nastavení

Protokol číslo: 16/2007 ze dne: 30.3.2007

Na základě Vašeho požadavku obj.č. DIS0700513 jsme provedli kontrolu a nastavení zdravotnického prostředku

název a typ Sarns Sternal Saw II

výrobce Linvatec USA

rok výroby 2005

výrobní číslo 15214

inventurní číslo 1023042-000

hlavní technická data Elektrická kardio pila, pzt třídy IIa

příslušenství Motor, pohonná hadice, nožní ovladač

Předmět přísluší Operační sál, KCH

Při prohlídce provedené naším technikem Jan Hofman dne 30.3.2007 jsme přístroj zkontrolovali a nastavili dle servisních předpisů výrobce a zjistili jsme, že přístroj je schopen dalšího bezpečného provozu k němuž je určen.

Termín příští periodické prohlídky: 3/2008

Razítko a podpis odp. pracovníka



HSC Industry, spol. s r. o., Gogolova 275/24, 400 04 Trmice, IČO: 25043382

fax: 47 5620299, tel: 47 5620808, e-mail: hsc@hscindustry.com

Výhradní autorizovaný servis zdravotnické techniky 3M, Linvatec, Terumo pro ČR