


# SECUREX HP 9612-2

## ROČNÍ SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

<b>Datum:</b> 25.6.07	<b>Číslo šarže:</b> 12324					
<b>Výrobní číslo:</b> 10 929	<b>Prováděný úkon</b>					
Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola	poznámky
Filtry přívodních médií		⊗				
Filtry odsávání páry		⊗				
Servisní prostor		⊗				
Drážka těsnění dveří		⊗				
Závěsy dveří ložiska			x		⊗	
Bakteriologický filtr	x					
Odvaděč kondenzátu přívod páry	x					
Odvaděč kondenzátu plášť	x					
Odvaděč kondenzátu komora	⊗					
Těsnění dveří	⊗					
Posuvný pás dveří					⊗	
Koncové spínače dveří					⊗	
Spojka pohonu dveří				x	⊗	
Ochranná lišta dveří					⊗	
Tlakový spínač drážky dveří					⊗	
Funkce STOP tlačítka					⊗	
Tlakový spínač komory					⊗	
Elektroinstalace - porušení					⊗	
Kontrola pojistného ventilu pláště					⊗	
Tlakový spínač vyvíječe provozní						
Tlakový spínač vyvíječe havarijní						
Odkalení vyvíječe						
Vyvíječ - hlídač min. hladiny						
Pojistný ventil vyvíječe						
Redukční ventil vyvíječe						
Přivzdušňovací ventil vývěvy					⊗	
Vakuum vývěvy					⊗	
Tlakové snímače				x	⊗	
Chladicí soustava vývěvy					⊗	
Snímače teploty				x	⊗	
Provozní manometry					⊗	
Armatura - těsnost					⊗	
Zpětný ventil - odsávání					⊗	
Těsnost komory - VT					⊗	
Test průniku páry BD test					⊗	
Sterilizační cyklus				x	⊗	
Izolacní odpor						→ 19 MΩ
Odpor ochrann. vodiče						= 0,04 Ω
<b>Přístroj po prohlídce:</b>						
- odpovídá požadavkům na parní sterilizaci						
- odpovídá bezpečnostním předpisům						
<b>Příští prohlídka:</b> 12/07 nebo 13000						Do 1 roku
<b>Provedl:</b> Smečky F.	<b>Podpis:</b>					

  
 servisní oddělení  
 Žitkov 326, 783 45 Senice na Han.