

SECUREX HP 9612-2

PŮLROČNÍ SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

Datum: 23.9.08

Číslo šarže: 015650

Výrobní číslo: 10 929

Prováděný úkon

Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola	poznámky
Filtry přívodních médií		⊗				
Filtry odsávání páry		⊗				
Servisní prostor		⊗				
Drážka těsnění dveří		⊗	⊗			
Závěsy dveří ložiska			⊗			
Bakteriologický filtr						
Odvaděč kondenzátu přívod páry						
Odvaděč kondenzátu plášť						
Odvaděč kondenzátu komora	x	⊗				
Těsnění dveří	⊗					
Posuvný pás dveří					⊗	
Koncové spínače dveří					⊗	
Spojka pohonu dveří				⊗		
Ochranná lišta dveří					⊗	
Tlakový spínač drážky dveří					⊗	
Funkce STOP tlačítka					⊗	
Tlakový spínač komory					⊗	
Elektroinstalace - porušení					⊗	
Kontrola pojistného ventilu pláště					⊗	
Tlakový spínač vyvíječe provozní						
Tlakový spínač vyvíječe havarijní						
Odkalení vyvíječe						
Vyvíječ - hlídač min. hladiny						
Pojistný ventil vyvíječe						
Redukční ventil vyvíječe						
Přivzdušňovací ventil vývěvy					⊗	
Vakuum vývěvy					⊗	
Tlakové snímače				x	⊗	
Chladicí soustava vývěvy					⊗	
Snímače teploty				⊗		
Provozní manometry					⊗	
Armatura - těsnost					⊗	
Zpětný ventil - odsávání					⊗	
Těsnost komory - VT					⊗	
Test průniku páry BD test					⊗	
Sterilizační cyklus				x	⊗	

Přístroj po prohlídce:

- odpovídá požadavkům na parní sterilizaci

- odpovídá bezpečnostním předpisům

Příští prohlídka: Březen 09 / 016400

Do 1 roku

Provedl: P. F.

Podpis:

SELET [®]
servisní oddělení
os. zákaz. 326, 763 45 Senice na Hané