

# SECUREX HP 9612-2 s vyvíječem

## PŮLROČNÍ SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

<b>Datum:</b> 23. 4. 07	<b>Číslo šarže:</b> 13500				
<b>Výrobní číslo:</b> 10 935	<b>Prováděný úkon</b>				
<b>Položka</b>	<b>výměna</b>	<b>čištění</b>	<b>mazání</b>	<b>seřízení</b>	<b>kontrola poznámky</b>
Filtry přívodních médií		⊗			
Filtry odsávání páry		⊗			
Servisní prostor		⊗			
Drážka těsnění dveří		⊗			
Závěsy dveří ložiska			x		
Bakteriologický filtr	⊗				
Odvaděč kondenzátu přívod páry					
Odvaděč kondenzátu plášť	⊗				
Odvaděč kondenzátu komora	⊗				
Těsnění dveří	⊗				
Posuvný pás dveří				⊗	
Koncové spínače dveří				⊗	
Spojka pohonu dveří				⊗	
Ochranná lišta dveří				⊗	
Tlakový spínač drážky dveří				⊗	
Funkce STOP tlačítka				⊗	
Tlakový spínač komory				⊗	
Elektroinstalace - porušení				⊗	
Kontrola pojistného ventilu pláště				⊗	
Tlakový spínač vyvíječe provozní				⊗	
Tlakový spínač vyvíječe havarijní				⊗	
Odkalení vyvíječe					⊗
Vyvíječ - hlídač min. hladiny				⊗	
Pojistný ventil vyvíječe				⊗	
Redukční ventil vyvíječe				⊗	
Přivzdušňovací ventil vývěvy				⊗	
Vakuum vývěvy				⊗	
Tlakové snímače			⊗		
Chladičí soustava vývěvy				⊗	
Snímače teploty			⊗		
Provozní manometry				⊗	
Armatura - těsnost				⊗	
Zpětný ventil - odsávání				⊗	
Těsnost komory - VT				⊗	
Test průniku páry BD test				⊗	
Sterilizační cyklus			⊗	⊗	
<b>Přístroj po prohlídce:</b>					
- odpovídá požadavkům na parní sterilizaci					
- odpovídá bezpečnostním předpisům					
<b>Příští prohlídka:</b> leden 08 nebo 14200					Do 1 roku
<b>Provedl:</b> P. R.	<b>Podpis:</b> P. R.				

  
 servisní oddělení  
 Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané