

SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

Datum: 21.10.2008

Číslo šarže: 016 950

Výrobní číslo: 10935

Prováděný úkon

Perioda měs.

Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola	pozn.	6 / 12	
Filtry přívodních médií		x					x	x
Filtr odsávání páry		x					x	x
Servisní prostor		x					x	x
Těsnění dveří	x		x				x	x
Drážka dveří		x	x				x	x
Ochranná lišta dveří					x		x	x
Spojka pohonu dveří				x	x		x	x
Koncové spínače dveří					x		x	x
Řetěz závěsu dveří			x		x		x	x
Tlakový spínač drážky dveří					x		x	x
Vakuum vývěvy					x		x	x
Snímače teploty					x			x
Snímače tlaku					x			x
Těsnost komory - VT					x		x	x
Bowie-Dick test průniku páry					x		x	x
Bakteriologický filtr							x	x
Odvaděč kondenzátu komory	x						x	x
Odvaděč kondenzátu pláště		x			x		x	x
Spínače hladin vyvíječe					x		x	x
Pojistný ventil vyvíječe					x		x	x
Napájecí voda - vodivost					x		x	x
Zpětný ventil odsávání					x		x	x
Elektroinstalace - porušení					x		x	x
Plovák zásobní nádržky vyvíječe					x		x	x
Havarijní tlakový spínač vyvíječe				x	x		x	x
Přivzdušnění vývěvy					x		x	x
Redukční ventil tlakového vzduchu					x			x
Rozvody tlakového vzduchu					x		x	x
Tlakový spínač komory					x		x	x
Sterilizační cyklus					x		x	x
Napětí záložní baterie					x			x

Odpor ochranného vodiče (ohm) :

0,05

Max. 0,1 Ω

x

Izolační odpor (Mohm) :

>19,9

> 19 MΩ

x

Přístroj po prohlídce:

 - při používání dle návodu **JE - ~~NENÍ~~** funkční

 - při dodržení bezpečnostních předpisů **JE - ~~NENÍ~~** bezpečný

Příští prohlídka: duben 2009 / 017 700 cyklů

Připomínky, doporučení:

Provedl: Půr Radek

Podpis:


SELET
servisní oddělení
Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané

 SELET - Antonín Prucek,
Žižkov 326, 783 45 SENICE NA HANĚ

 IČO: 487 75 550
Tel: 585 947 278, Fax: 585 947 011, e-mail: selet@selet.cz