

Protokol

o periodické bezpečnostně-technické kontrole zdravotnického prostředku (ZP)
dle zákona 346/2003 Sb., 123/2000 Sb. a dle ČSN 60601

Název přístroje: Mycí a dezinfekční automat	Inventární číslo: I 022870
Majitel přístroje: FN Olomouc Odd. CS II	Kategorie používání: D

Výrobce: Miele & Cie.KG, Německo	Rok výroby: 2005	Výrobní číslo: 00/74307148
Typové označení: G7826	Un* (V) 400	In* (A) 16
	PN* (W) 10	Třída ochrany: I

Datum kontroly	Podmínky měření			Odpor ochranného vodíče u tř. I (Ω)	Izolační stav – náhradní měření					
	Sestava 1)	Délka (m)	Materiál síťového přívodu		Síťová část- přístupná část		Síťová část- příložná část		Příložná část- přístupná část	
					Metoda 2)	I (mA)	Metoda 2)	I (mA)	Metoda 2)	I (mA)
23.8. 2007	P	5	CG	0,10	R	6,7				

Popis technické kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce:

Byla provedena kontrola funkcí přístroje dle doporučení výrobce a kontrola elektrické bezpečnosti přístroje.

Pro měření byly použity tyto přístroje:

Revex, v.č.512056

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům na tento přístroj kladeným a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce.

Stav ZP: **vyhovuje**

Termín další kontroly ZP: Srpen 2008

Dne: 23.8.2007

Předal: Kuklínek Petr
Miele, spol. s r.o.
Hněvkovského 81b
617 00 Brno

podpis:



Převzal:

podpis:



Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

Miele

spol. s r.o.

617 00 BRNO, Hněvkovského 81b
Tel.: 543 553 111, Fax: 543 553 119
DIČ: CZ19829503

FN Olomouc CS II

G7826 v.č. 74307148
 prog.č. 1.-Nástroje
 23.8.07
 Kuklínek P.

