

UNISTERI 336 s vyvíječem

ROČNÍ SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

Datum: 31.10.2005	Číslo šarže: 5444				
Výrobní číslo: 10 209	Prováděný úkon				
Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola poznámky
Filtry přívodních médií		x			
Filtry odsávání páry		x			
Servisní prostor		(x)			
Drážka těsnění dveří		(x)	(x)		
Řetěz dveří			(x)		
Bakteriologický filtr	(x)				
Odvaděč kondenzátu přívod páry					
Odvaděč kondenzátu plášť	(x)				
Odvaděč kondenzátu komora					
Těsnění dveří	(x)				
Posuvný pás dveří					
Koncové spínače dveří				(x)	
Spojka pohonu dveří					
Ochranná lišta dveří					
Tlakový spínač drážky dveří				(x)	
Funkce STOP tlačítka					
Tlakový spínač komory				(x)	
Elektroinstalace - porušení				(x)	
Kontrola pojistného ventilu pláště				(x)	
Tlakový spínač vyvíječe provozní				(x)	
Tlakový spínač vyvíječe havarijní				(x)	
Odkalení vyvíječe					(x)
Vyvíječ - hlídač min. hladiny				(x)	
Pojistný ventil vyvíječe				(x)	
Tlak vyvíječe				x	(x)
Přivzdušňovací ventil vývěvy					
Vakuum vývěvy				(x)	
Tlakové snímače			(x)		
Chladicí soustava vývěvy				(x)	
Snímače teploty			(x)		
Provozní manometry					
Armatura - těsnost				(x)	
Zpětný ventil - odsávání				(x)	
Těsnost komory - VT				(x)	
Test průniku páry BD test				(x)	
Sterilizační cyklus			(x)	(x)	
Přístroj po prohlídce:					
- odpovídá požadavkům na parní sterilizaci					
- odpovídá bezpečnostním předpisům					
Příští prohlídka: listopad 2006					Do 1 roku
Provedl: Simečka F.	Podpis:				


 servisní oddělení
 Žitkov 326, 783 45 Senice na Han.