


FORMOMAT 349-2

ROČNÍ SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

Datum: 26.2.04	Číslo šarže: 02934				
Výrobní číslo: 10 916	Prováděný úkon				
Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola poznámky
Filtry přívodních médií		X			
Filtry odsávání páry					
Servisní prostor		X			
Drážka těsnění dveří					
Závěsy dveří ložiska					
Bakteriologický filtr	X				
Odvaděč kondenzátu přívod páry					
Odvaděč kondenzátu plášť					
Odvaděč kondenzátu komora					
Těsnění dveří	x	⊗		⊗	
Posuvný pás dveří					
Koncové spínače dveří				X	
Spojka pohonu dveří					
Ochranná lišta dveří					
Tlakový spínač drážky dveří					
Funkce STOP tlačítka				X	
Tlakový spínač komory					
Elektroinstalace - porušení				X	
Kontrola pojistného ventilu pláště					
Tlakový spínač vyvíječe provozní					
Tlakový spínač vyvíječe havarijní					
Hustota topného média pláště				X	
Doplnění topného média pláště				X	
Plovákový hlídač hladiny topení pláště				X	
Redukční ventil vyvíječe					
Přivzdušňovací ventil vývěvy				X	
Vakuum vývěvy				X	
Tlakové snímače				X	
Chladicí soustava vývěvy			x	⊗	
Snímače teploty			x	⊗	
Provozní manometry				X	
Armatura - těsnost				X	
Zpětný ventil - odsávání				X	
Těsnost komory - VT				X	
Test průniku páry BD test					
Sterilizační cyklus			x	⊗	
Přístroj po prohlídce:					
- odpovídá požadavkům na parní sterilizaci formaldehydem					
- odpovídá bezpečnostním předpisům					
Příští prohlídka: 02/08					Do 1 roku
Provedl: Smečka	Podpis: 				

SELET
 servisní oddělení
 Žitkov 326, 783 45 Senice na Hané