

# SECUREX HP 9612-2

## PŮLROČNÍ SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

<b>Datum:</b> 4.4.2005	<b>Číslo šarže:</b> 006669					
<b>Výrobní číslo:</b> 10 929	<b>Prováděný úkon</b>					
Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola	poznámky
Filtry přívodních médií		(X)				
Filtry odsávání páry		(X)				
Servisní prostor		(X)				
Drážka těsnění dveří		(X)				
Závěsy dveří ložiska			(X)			
Bakteriologický filtr						
Odvaděč kondenzátu přívod páry						
Odvaděč kondenzátu plášť						
Odvaděč kondenzátu komora	(X)					
Těsnění dveří	(X)					
Posuvný pás dveří					(X)	
Koncové spínače dveří				(X)	(X)	
Spojka pohonu dveří				(X)		
Ochranná lišta dveří					(X)	
Tlakový spínač drážky dveří					(X)	
Funkce STOP tlačítka					(X)	
Tlakový spínač komory					(X)	
Elektroinstalace - porušení					(X)	
Kontrola pojistného ventilu pláště					(X)	
Tlakový spínač vyvíječe provozní						
Tlakový spínač vyvíječe havarijní						
Odkalení vyvíječe						
Vyvíječ - hlídač min. hladiny						
Pojistný ventil vyvíječe						
Redukční ventil vyvíječe						
Přívzdušňovací ventil vývěvy					(X)	
Vakuum vývěvy					(X)	
Tlakové snímače				(X)		
Chladicí soustava vývěvy					(X)	
Snímače teploty				x	(X)	
Provozní manometry					(X)	
Armatura - těsnost					(X)	
Zpětný ventil - odsávání					(X)	
Těsnost komory - VT					(X)	
Test průniku páry BD test					(X)	
Sterilizační cyklus				(X)	(X)	
<b>Přístroj po prohlídce:</b>						
- odpovídá požadavkům na parní sterilizaci						
- odpovídá bezpečnostním předpisům						
<b>Příští prohlídka:</b> Červen 2006					Do 1 roku	
<b>Provedl:</b> P. P.	<b>Podpis:</b> P. P.					