

SECUREX HP 9612-2

ROČNÍ SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

Datum: 22.12.2005	Číslo šarže: F959				
Výrobní číslo: 10 929	Prováděný úkon				
Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola poznámky
Filtry přívodních médií		<input checked="" type="checkbox"/>			
Filtry odsávání páry		<input checked="" type="checkbox"/>			
Servisní prostor		<input checked="" type="checkbox"/>			
Drážka těsnění dveří		<input checked="" type="checkbox"/>			
Závěsy dveří ložiska			<input checked="" type="checkbox"/>		
Bakteriologický filtr	<input checked="" type="checkbox"/>				
Odvaděč kondenzátu přívod páry	<input checked="" type="checkbox"/>				
Odvaděč kondenzátu plášť	<input checked="" type="checkbox"/>				
Odvaděč kondenzátu komora	<input checked="" type="checkbox"/>				
Těsnění dveří	<input checked="" type="checkbox"/>				
Posuvný pás dveří					<input checked="" type="checkbox"/>
Koncové spínače dveří					<input checked="" type="checkbox"/>
Spojka pohonu dveří				<input checked="" type="checkbox"/>	
Ochranná lišta dveří					<input checked="" type="checkbox"/>
Tlakový spínač drážky dveří					<input checked="" type="checkbox"/>
Funkce STOP tlačítka					<input checked="" type="checkbox"/>
Tlakový spínač komory					<input checked="" type="checkbox"/>
Elektroinstalace - porušení					<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola pojistného ventilu pláště					<input checked="" type="checkbox"/>
Tlakový spínač vyvíječe provozní					
Tlakový spínač vyvíječe havarijní					
Odkalení vyvíječe					
Vyvíječ - hlídač min. hladiny					
Pojistný ventil vyvíječe					
Redukční ventil vyvíječe					
Přivzdušňovací ventil vývěvy					<input checked="" type="checkbox"/>
Vakuum vývěvy					<input checked="" type="checkbox"/>
Tlakové snímače				x	
Chladicí soustava vývěvy					<input checked="" type="checkbox"/>
Snímače teploty				x	<input checked="" type="checkbox"/>
Provozní manometry					<input checked="" type="checkbox"/>
Armatura - těsnost					<input checked="" type="checkbox"/>
Zpětný ventil - odsávání					<input checked="" type="checkbox"/>
Těsnost komory - VT					<input checked="" type="checkbox"/>
Test průniku páry BD test					<input checked="" type="checkbox"/>
Sterilizační cyklus				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přístroj po prohlídce:					
- odpovídá požadavkům na parní sterilizaci					
- odpovídá bezpečnostním předpisům					
Příští prohlídka: Prosinec 2006					Do 1 roku
Provedl: Smečka F.	Podpis:				


 Servisní oddělení
 Žitkov 326, 783 45 Soutka na Hanu