

PHILIPS

Taema

AIR LIQUIDE

S&T

IT SOLUTIONS & SERVICES

Protokol o prověření zdravotnického prostředku periodickou kontrolou ve smyslu úplného znění zákona č. 123/2000 Sb.

Vlastník:

Fakultní nemocnice Olomouc

Město:

Olomouc

Ulice:

I.P.Pavlova 6

PSČ:

775 20

Oddělení:

IPCHO

Číslo objednávky: DIS0801282

Číslo CSO: 12488

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpozději	Poznámka
78352C	3625G19904	Červenec 2009	**
78352C	3625G19902	Červenec 2009	**
M1205A	4006A94342	Červenec 2009	Vadný propojovací kabel
M1205A	4006A00446	Červenec 2009	Vadné saturační čidlo
M1205A	4006A00398	Červenec 2009	
M1205A	3727A22295	Červenec 2009	
M1205A	3727A21695	Červenec 2009	
M1723A	3727A40320	Leden 2009	**

Výše uvedený zdravotnický prostředek (a instalované moduly a příslušenství) byl prověřen v rozsahu testů, předepsaných výrobcem.

VYHOVĚL po stránce funkční, elektrické a mechanické bezpečnosti a může být nadále používán ke stanovenému účelu.

****Upozornění:** jestliže nastane na tomto typu přístroje závada, není možno zaručit jeho úspěšnou opravu, protože přístroj je již mimo servisní podporu výrobce (nedostupnost některých náhradních dílů)

K přístroji JE používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno Ing. Josef Vrána

Datum 15.7.2008

podpis + razítko

S&T

IT SOLUTIONS & SERVICES**S&T Plus s.r.o.**Novodvorská 994 13
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 505

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 239 047 500
fax: +420 239 047 549
e-mail: info@snt-plus.cz
www.snt-plus.czR.Č. Běhla, Czech Republic
o.ú. 48146 2482700-02P
o.ú. 48146 2482700-02P
Číslo účtu: BAC1000PIČ: 2570 1576
DIČ: CZ2570 1576Den zápisu
do obchodního rejstříku
14. října 1995
odř. 10, Jihlava 62470
Městský soud v Praze