

PROTOKOL

o prověření funkcí a technického stavu zdravotnického prostředku kontrolou
ve smyslu úplného znění zákona č. 123/2000Sb. (§28 resp. §52)

Vlastník:

Fakultní nemocnice Olomouc

Ulice:

I.P.Pavlova 6

Město:

Olomouc

PSČ:

775 20

Oddělení:

IPCHO

Číslo objednávky: servisní smlouva

Číslo CSO:

11079

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpozději	Poznámka
M3153A	4143A03217	srpen 2008	I 020030
M3150B	4442A02060	srpen 2008	
M3046A	DE00849929	srpen 2008	I 021359
M1205A	4006A94713	srpen 2008	I 020033
M1205A	4006A94734	srpen 2008	I 020038
M1723A	3727A40320	únor 2008	I 018640**

Výše uvedené zdravotnické prostředky (a instalované moduly a příslušenství) byly prověřeny testy podle metodiky výrobce v příslušném servisním manuálu. Těmto testům

VYHOVĚLY a mohou být nadále používány k stanovenému účelu

****Upozornění:** jestliže nastane na tomto typu přístroje závada, není možno zaručit jeho úspěšnou opravu, protože přístroj je již mimo servisní podporu výrobce (nedostupnost některých náhradních dílů)

K přístroji JE používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno: Ing. Josef Vrána

Datum 9.7.2007

podpis + razítko




IT SOLUTIONS & SERVICES

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994 13
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 500

S&T Plus s.r.o.

HVB Bank Czech Republic a.s.
č.ú. 49148 2482700 - CZK
č.ú. 49148 8802700 - EUR
Swiftcode: BACX22PP

IC: 2570 1578
IČO: CZ 2570 1578

Den zápisu
do obchodního rejstříku
14. října 1998
oddíl C, vložka 62470
Městský soud v Praze

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 239 047 500
fax: +420 239 047 549
e-mail: info@snt-plus.cz
www.snt-plus.cz