

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část síťová	0,01 mA	1 mA
	Příložná část síťová	0,001 mA	0,5 mA
	Izolační odpor ochranného vodiče		0,3 Ω

Použité měřicí přístroje:	- manometr –přípravek
	- voltometr M 2012
	- Meditest 50

Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: František Valouch

Podpis



Datum prohlídky: 26.06.2006

Datum další doporučené prohlídky: červen 2007

03729

SPOL. S R.O.

PROJEKCE · MONTÁŽE · SERVIS

IČO: 42866103
DIČ: 405-42866103

ODBĚRATEL:

Demacuiile - iut. pã chir. ofatu^o

Olo mall e

1. Zaruční oprava
2. Mimožaruční oprava
3. Montáž zařízení
4. Preventivní údržba
5. Dodávka náhradních dílů
6. Repase výrobků
7. Školení obsluhy
8. Předvádění - zápůjčka

[illegible]

Použitý materiál						Cestovní náklady	
číslo mater.	název	ks	Kč/ks	celkem	tarif		
					počet km		
					režie		
					celkem		
					Kalkulace opravy		
					materiál		
					hod. sazba celkem		
					cestovné		
Datum	Jméno pracovníka	od-do	hodin	hod. sazba	hod. sazba cel.	Fakturovaná částka celkem bez DPH	
26.6.06	Jurek						
Ztráta času cestováním							
Hodinová sazba celkem:							

Převzetí odběratelem: 59/11
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Oddělení intenzivní péče chirurgických obolů
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 441 111
Primářka: Doc. MUDr. Taťána GROSMAŇOVÁ, CSc.

Datum:

Cestovné a ztráta času budou účtovány při výsledné kalkulaci.