



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Autorizovaný servis firmy LINET Želevčice

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : MULTICAN
Výrobce : LINET ŽELEVČICE
Zákazník : FN OLOMOUČ, IČO

Třída, kategorie : 2
Výrobní číslo : 192 346 / 1/2/0697
IČO 18554

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola	<u>ano</u>	ne
Kabely a příslušenství	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Test funkce	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Zjištění závady	<u>ano</u>	<u>ne</u>
Popis závad		

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem

el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	Síťová-přístupná část	0,01	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		☒	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 200 069 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466

Podmínky měření : teplota 18-28 °C, U síť = 198-253 V, 50 Hz

Záver : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 10.7.2007

Datum příští kontroly : 2008

Měření provedl : MURIC

Chironax, spol. s r.o.



Servisní oddělení

Mlýnská 42

658 32 Brno

Muric