

KOMPLETNÍ KONTROLA PŘÍSTROJE**11-316-06**Typ přístroje : *HemoCue Hb 201+*Výrobní číslo : **0419012132**

Objednávka :

FN v Olomouci

č.obj. :

OND 19585

I.P. Pavlova 6

Tel. :

Disp.oprav 588442281

775 20 Olomouc

IPCHO ODD.

Před kontrolou byl vyčištěn optický systém přístroje včetně kontrolní kyvety .
Bylo kontrolováno seřízení přístroje a měřeny parametry dle ČSN 33 1610 .
Protokol a karta s výsledky kompletního měření jsou uloženy na kontrolním pracovišti .
Uvedené údaje platí při použití napájecího zdroje dodaného s přístrojem nebo při použití
vyhovujících baterií . Kompletní kontrolu včetně nastavení parametrů je nutno provádět
v intervalu 12 měsíců .

druh testu	vyhověl	nevyhověl	poznámka
Kalibrace dle ČSN 33 1610	ANO	_____	
Měření parametrů hřez kyvety	ANO	_____	
Kontrola měřícího čísla 123.2010	ANO	_____	
Kontrola somoci - Hemo Trol	Hemo Trol : výrobní číslo	hodnota po nastavení	požadovaná hodnota- tolerance
kontrolní hladina 1 : (high)	63603	159 g/L	159 g/L 141-165 g/L
kontrolní hladina 2 : (normal)	62602	121 g/L	120 g/L 101-140 g/L
kontrolní hladina 3 : (low)	63401	81 g/L	80 g/L 61-100 g/L
Kontrolní kyveta :			

Přístroj vyhověl všem technickým normám .Datum provedené kontroly : **20.11.2006**Doporučení pro novou kontrolu : **20.11.2007**

kontrolu provedl :

MEDIKO SERVIS s.p. s.r.o.

Blatovská 1/1362

100 00 PRAHA 10

mediko.servis@volny.cz

telefon/fax : 274776087 tel. 274778792 mobil : 603410117

Všechny údaje jsou k dispozici v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod: oddíl C, Vložka 16276

**MEDIKO - SERVIS**

spol. s r.o.

Blatovská 1/1362

100 00 Praha 10

tel./fax: 74776087

74778792

Karel Šoulavý