

Kontrolní protokol PBTK

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 27 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění)

Protokol číslo : **PK/08/PR/24** k výkazu práce číslo: 033039

Název přístroje: Elvent 1	Výrobní číslo : TM0590	
Výrobce : Chirana Stará Turá	Třída el. bezp. : I	Typ :
Provozovatel :	adresa : Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc	
	oddělení : IPCHO	

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje**Kontrola unikajících proudů: přímou metodou**

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	0,25 mA	1	Vyhovuje
1.2.	Síť - příložná část typu F	mA		
1.3.	Přístupná část - příložná část typu F	mA		

Kontrola přechodového odporu

1.4.	Odpojitelný přívod	0,26 Ω	0,3 Ω	Vyhovuje
1.5.	Přístroj + odpojitelný přívod	Ω	Ω	

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.3.	Funkční zkouška dle předpisu výrobce-dovozce	Vyhovuje
2.4.		
2.5.		
2.6.		
2.7.		
2.8.		

3. Poznámky, připomínky, doporučení**4. Závěr**Přístroj **SPLŇUJE** požadované parametry ve smyslu platných předpisů. **SCHOPEN DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU**Použité měřicí přístroje přístroje (název, typ, v.č.) :
MEDITEST 50 976029, Multimetr , Osciloskop

Datum provedení kontroly : 4.2.2008

Datum příští PBTK : 2/2009

Kontrolu provedl : Pátek R
(jméno a podpis)Protokol převzal :
lpn'59/22
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení interní péče chirurgických oborů
I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc 588 441 111
Primář: M. Dr. Ladislav BLAHUT