

IPCHO

I 015963

Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

dle § 27 zák. 346/2003 Sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95

Č. protokolu.....

K výkazu práce č. 000710.....

Datum a místo provedení kontroly	11.12.2006 OLOMOUČ
Název a typ přístroje	PŘÍSTROJ NARKOTIZACE N-8
Výrobní číslo	0285
Inventurní číslo	
Majitel přístroje	FN OLOMOUČ
Umístění přístroje	IPCHO

Mechanická/vzhledová kontrola			
Kryty	bez závad	Ovládací prvky	bez závad
Šroubové spoje	bez závad	Příslušenství	bez závad/nevhodné *

Kontrola elektrických prvků neelektrický			
Síťový přívod	/	Elektrické spoje	/
Vodič ochr. pospojování	/	Akumulátor	/
Izolace vodičů	/		/

Kontrola funkce			
Ovládací prvky	bez závad	Ochrany a signalizace	bez závad
Parametry	bez závad		

Kontrolní elektrická zkouška neelektrický			
Třída:	Měřidlo:		
Odpor ochr. vodiče	/	Unikající proud (síťová část-část přístup. dotyku)	/
Izolační stav	/		/

Závěrečné hodnocení	prote' TBT - vyhovuje dalším bezpečnostním požadavkům
Datum příští kontroly	2008

	Jméno	Podpis
Za provozovatele převzal		
Kontrolu provedl	VALAVINEK	Valavinek Mada

* POUŽITÉ NEVHODNÉ VRAŤOVÉ HADICE

FORMED spol. s r.o.
Bludovice 103
741 01 NOVÝ JIČÍN