

I 015962

Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

dle § 27 zák. 346/2003 Sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95

Č. protokolu.....

K výkazu práce č. 000710.....

Datum a místo provedení kontroly	21. 12. 2005 OLOMOUČ
Název a typ přístroje	PŘÍSTROJ NAROTIZAČNÍ N-3
Výrobní číslo	0299
Inventární číslo	
Majitel přístroje	FN OLOMOUČ
Umístění přístroje	IPCHO

Mechanická/vzhledová kontrola			
Kryty	bez závad	Ovládací prvky	bez závad
Šroubové spoje	bez závad	Příslušenství	nevychází

Kontrola elektrických prvků <i>neelektrický</i>			
Síťový přívod	/	Elektrické spoje	/
Vodič ochr. pospojování		Akumulátor	
Izolace vodičů			

Kontrola funkce			
Ovládací prvky	bez závad	Ochrany a signalizace	bez závad
Parametry	bez závad		

Kontrolní elektrická zkouška <i>neelektrický</i>			
Třída:	Měřidlo:		
Odpor ochr. vodiče	/	Unikající proud (síťová část-část přístup. dotyku)	/
Izolační stav			

Závěrečné hodnocení	profesní PBTK - vyhovuje dalším bezpečnostním požadavkům
Datum příští kontroly	2006

	Jméno	Podpis
Za provozovatele převzal		
Kontrolu provedl	VÁCLAVÍNEK, NECA	<i>[Podpis]</i>

* POUŽITÉ NEVHODNÉ VRAPOVÉ KADICE