

Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

dle § 27 zák. 346/2003 Sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95

Č. protokolu.....

K výkazu práce č. 000710.....

Datum a místo provedení kontroly	31. 12. 2005 OLOMOUČ
Název a typ přístroje	DÝCH. VENTILATOR ELVENT
Výrobní číslo	0835
Inventární číslo	
Majitel přístroje	FN OLOMOUČ
Umístění přístroje	IP OKO


Mechanická/vzhledová kontrola			
Kryty	bez závad	Ovládací prvky	bez závad
Šroubové spoje	bez závad	Příslušenství	bez závad

Kontrola elektrických prvků			
Síťový přívod	bez závad	Elektrické spoje	bez závad
Vodič ochr. pospojování	bez závad	Akumulátor	—
Izolace vodičů	bez závad		

Kontrola funkce			
Ovládací prvky	bez závad	Ochrany a signalizace	bez závad
Parametry	bez závad		

Kontrolní elektrická zkouška			
Třída: I	Měřidlo: MEDITEST 50 v.e. 976880		
Odpor ochr. vodiče	0,09 Ω	Unikající proud (síťová část-část přístup. dotyku)	0,46 mA
Izolační stav	720 MΩ		

Závěrečné hodnocení	protokol ZPTK - vyhovuje dalším bezpečnostním prověrám
Datum příští kontroly	2006

	Jméno	Podpis
Za provozovatele převzal		
Kontrolu provedl	VÁCLAVÍNEK, PEČA	

FORMED spol. s r.o.

Bludovice 103

741 01 NOVÝ JIČÍN

59/11
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 441 111

Primářka: Doc. MUDr. Tatána GROŠMANOVÁ, CSc.