

Protokol číslo : **PK/08/PR/21** k výkazu práce číslo: 033039

Název přístroje: Anemat N8		Výrobní číslo : 0285		
Výrobce : Chirana Stará Turá		Třída el. bezp. : I		Typ :
Provozovatel :	adresa : Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc			
	oddělení : IPCHO			
1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje				
Kontrola unikajících proudů: přímou metodou				
P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Připustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	mA	1	
1.2.	Síť - příložená část typu F	mA		
1.3.	Přístupná část - příložená část typu F	mA		
Kontrola přechodového odporu				
1.4.	Odpojitelný přívod	Ω	0,3 Ω	
1.5.	Přístroj + odpojitelný přívod	Ω	Ω	
2. Kontrola funkčních parametrů přístroje				
P.č.	Popis provedení úkonu	Výsledek		
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola	Vyhovuje		
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje		
2.3.	Funkční zkouška dle předpisu výrobce-dovozce	Vyhovuje		
2.4.				
2.5.				
2.6.				
2.7.				
2.8.				
3. Poznámky, připomínky, doporučení				
4. Závěr				
Přístroj SPLŇUJE požadované parametry ve smyslu platných předpisů. SCHOPEN DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU				
Použité měřicí přístroje (název, typ, v.č.) : MEDITEST 50 976029, Multimetr , Osciloskop				
Datum provedení kontroly : 4.2.2008				
Datum příští PBTK : 2/2009				
Kontrolu provedl : Pátek R (jméno a podpis)				
Protokol převzal : 59/22 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ Oddělení interní péče chirurgických oborů I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc 588 441 111 Primář: M. Dr. Ladislav BLAHUT				

