

Posouzení vlastností a technického stavu

ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje
požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4
a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.

*Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce
Smiths Medical International Ltd.
(dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.)
platné v době jeho výroby.*

Popis: Graseby 3100 Syringe Pump

Ref. číslo: 0131-0001

Výrobní číslo: 36513

Vlastník: FN Olomouc

Certifikát vydán společností: ASQA a.s.

ASQA a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

Číslo certifikátu: 07-0023

Autorizováno:

Datum: 11. 10. 2007

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.

Doporučené datum následující periodické prohlídky: říjen 2008

PROTOKOL O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

Datum provedení prohlídky: 11. 10. 2007

36 513

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	Mechanická prohlídka	✓	
2	Zkouška elektrické bezpečnosti provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	✓	Izolační odpor (Mohm) : > 400 Unikající proud (mA) : 0,00
3	Po prvním zapnutí	✓	
4	Čidla velikosti stříkačky	✓	
5	Membránová tlačítka a displej	✓	
6	Výpadek napájení	✓	
7	Lineární přesnost	✓	měřeno dle předpisů výrobce přístrojem 0131-0230 naměřená odchylka: -0,25 povolená odchylka: 18mm +/-0,3mm
8	Okluze	✓	
9	Vyrovnání svorky pístku	✓	
10	Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodícího šroubu	✓	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	✓	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	✓	

Celkové hodnocení:

přístroj je schopen bezpečného provozu : ANO / NE

Podpis Technika :

ASQA a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351

Doporučené datum následující periodické prohlídky:

11. 10. 2008

Tel.: 272 761 350
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz