

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišině 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

OLOMOUČ
677. INTERVIZ. PEČE CHIRURG. OŠ.

TECHNIK			MONTÁŽNÍ LIST Č.
PEŠO.			406-06
ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY			ZE DNE
DO 8630			21.4.06
UVEDENÍ DO PROVOZU	☐	☐	MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA
ZÁRUČNÍ OPRAVA	☐	☒	PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	Typ	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO VUJE
0059695	L1156 EO - POKRAB. Z. 405-06	Ω	MΩ	mA	
HRP0059779	LUŠKO EVOLUTION L1156 EO	0,35 Ω	15,55 MΩ	0,08 mA	elo
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690; 205011; 200314

DRUH PRÁCE	
0059695: PRÁVKY' PLAST. KRYT náh. 5-21 dle 8.2 (LTZ 205MB), JEZ PÁVAJ	
0059779: TK, RV: 20.1.02, KONTROLA FCE, POŠKOZENÁ NEHRANA PACIENT. OVD.	
LEVENO I' PRAVEKO TANELU, PRÁVKY' KROVÉKY viz. MANUAL 5-29 dle 8.5,	
FORBITE' TOLOHOVÁNÍ' UDRŽÁK' INFUZI' ADOBLA' PTAŠI' SE A NEPREŠ' TOLOHU,	
JEZ TAVÁJ)	
VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ	
☒ *ANO	☐ *NE

*ANO	*NE
------	-----

* NEHODÍ/CI SE ŠKRTNĚT

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
						1	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
					CEST. NÁKLADY	
					VÝJ. POPLATEK	
					ZTRÁT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	
					MĚŘ. IZ. STAVU	
PRÁCI PŘEVZAL		PRÁCI PROVEDL				
59/11 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů. B.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 441 111 Primářka: Doc. MUDr. Taťána GROSMANOVÁ, CSc.		27.6.2006				
DATUM A JMÉNO	RAZÍTKO A PODPIS	DATUM	PODPIS TECHNIKA	CELKEM V KČ (BEZ DPH)		